



Sokółka dn. 06.12.2011 r

### WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125000 euro na dostawę aparatu do hemodializy wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. 2. CPV - 33181100-3 Urządzenia do hemodializy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 i 5 do SIWZ

Znak sprawy: **SPZOZ AP\_MED / 2011 Nr ogłoszenia 314785 – 2011 z dnia 01.12.2011**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy dopuszczają państwo przepływ płynu dializacyjnego: od 300 do 800ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przepływ płynu dializacyjnego: od 300 do 800ml/min.

2. Czy dopuszczają państwo przepływ pompy krwi: od 40 do 600ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przepływ pompy krwi: od 40 do 600ml.

3. Dot. pkt.2 – Czy zamawiający dopuści aparat z regulowanym przepływem płynu dializacyjnego: od 0 do 700 ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przepływ płynu dializacyjnego: od 0 do 700 ml/min.

4. Dot. pkt.3 – Czy zamawiający dopuści aparat z płynną regulacją przepływu pompy krwi: od 0 do 500ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przepływ pompy krwi: od 0 do 500ml/min?

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski