



Sokółka dn. 04.08.2011 r

### WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000 euro na dostawę: Krażki do antybiogramów, Grupa I Odczynniki monoklonalne, Grupa II Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 Odczynniki do badania kału, Grupa IV Odczynniki serologiczne, Grupa V Odczynnik Giemsy, Grupa VI Zestaw do rozdzielania elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VII Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VIII Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa IX Testy do oznaczeń borelioza + anty HCV, Grupa X.

Znak sprawy: **SPZOZ 2\_LAB / 2011 Nr ogłoszenia - 225980 z dnia 02 -08- 2011r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa V - Czy Zamawiający dopuści do wyceny w poz. 4 innego buforu niż podany glicyna/NaCl, jeżeli metodyka dostarczanych testów z poz. 2 i 3 przewiduje użycie innego buforu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Grupa VI - Czy Zamawiający dopuści barwnik Giemzy w postaci koncentratu 10x stężonego, jeżeli tak czy ilość dostarczona ma być zgodna z ilością zamawianą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Zamawianą ilość należy zmniejszyć 10-krotnie zaznaczając ten fakt w dodatku nr. 2 asortymentowo-cenowym oraz zapewnić odpowiednią ilość rozcieńczalnika.

3. Grupa IV - Czy Zamawiający dopuści podział tego pakietu na pozycje.? Podział ten pozwoli na udział szerszej grupie dostawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność w zakresie tego pakietu i pozwoli Zamawiającemu znacząco obniżyć cenę za ten pakiet.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4. Grupa VII - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby badania wykonywane za pomocą oferowanych żeli były utrwalane metoda chemiczną, co zapobiega migracji białek i nie wymaga bardzo precyzyjnego i niepowtarzalnego utrwalania termicznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Grupa VII - Zgodnie ze standardami dla rozdzielania białek czas rozdzielania nie powinien przekroczyć 20 minut. Prosimy zatem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czas rozdzielania nie przekraczał 20 minut ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Grupa VII - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce uzyskać 6 typowych frakcji z możliwością uzyskania dodatkowego rozdzielania frakcji beta na beta 1 i beta 2 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Grupa VII - Czy w kolumnie 11 formularza cenowego w/w pakietu wystarczy wpisanie „Nie dotyczy”, jeżeli Zamawiający nie wymaga dołączenia próbek wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie ( nie dotyczy).

8. Grupa II – Uprzejmie prosimy o podanie dla wszystkich pozycji ilości w mililitrach, ponieważ ilości podane w opakowaniach oraz opis przedmiotu zamówienia (wymagania dopuszczalnych pojemności) nie jest dla nas jako oferentów dość czytelny.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zapotrzebował dla każdej z tych pozycji 1200ml odczynnika i w poz. 7 – 100ml odczynnika .

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski