



Sokółka dn. 25.06.2018r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ 2IMP / 2018 Nr ogłoszenia – 2018/S 104-237170 z dnia 02.06.2018r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa III: Czy nie nastąpiła omyłka w nazwie artykułu, czy powinno być Śruby Herberta tytanowe, gniazda typu torx zamiast sześciokątne?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, powinno być: Śruby Herberta tytanowe, gniazda typu torx.**

2. Grupa V: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z poz. 4-15 stalowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Grupa V: Czy w poz. 11 nie nastąpiła omyłka w średnicy wkrętu, czy Zamawiający miał na myśli wkręt gąbczasty  $\varnothing 6,5$ , L gwintu od 16 do 32mm?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, powinno być: wkręt gąbczasty  $\varnothing 6,5$ , L gwintu od 16 do 32mm.**

4. Grupa V: Czy w poz. 15 nie nastąpiła omyłka w długości wkrętu, czy Zamawiający miał na myśli wkręt o długości L od 70 do 130mm?

**Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, powinno być: wkręt o długości L od 70 do 130mm.**

5. Dotyczy Grupa XX Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących parametrach: Komponent udowy dla przedziału przyśrodkowego w 5 rozmiarach i dla przedziału pobocznego w 3 rozmiarach

**Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

6. Dotyczy Grupa XX Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących parametrach: Komponent piszczelowy anatomiczny, dla przedziału przyśrodkowego w 7 rozmiarach i dla przedziału pobocznego w 4 rozmiarach

**Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

7. Dotyczy Grupa XX Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących parametrach: Wkładka polietylenowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym ( ruchoma wkładka ) dla przedziału przyśrodkowego w 7 rozmiarach i 7 grubościach oraz dla przedziału pobocznego w 3 rozmiarach i 7 grubościach ?

**Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski

