



Sokółka dn. 16.06.2011 r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 125000 euro na implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego wraz z użyczeniem instrumentarium oraz leki wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ IMP / 2011 Nr ogłoszenia - 2011/S 104-170440 z dnia 31 -05- 2011r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa VIII poz.1 – czy zamawiający dopuści wkręt interferencyjny biowchłaniaalny bez rozmiaru 10x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Grupa VIII poz.2 – czy zamawiający dopuści wkręt interferencyjny biowchłaniaalny bez rozmiaru 10x20mm i 12x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Grupa VIII poz.3 – czy zamawiający dopuści wkręt interferencyjny tytanowy bez rozmiaru 10mm i 11mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Grupa I poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie drutu Kirschnera z oczkiem $\varnothing 2,5$ L: 430mm, gwintowana końcówka, zamiast drutu Kirschnera z oczkiem: $\varnothing 2,4$ mm, L:350-400mm, skalowanego co 15-20mm, niegwintowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Grupa III poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o dł. 167 - 197mm zamiast 142-310mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Grupa III poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o dł. 153 - 279mm i 4-10 parach otworów zamiast o dł. 153-279mm i 4-12 parach otworów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Grupa VI poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o długości 167-336mm zamiast 167-295mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Grupa VI poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek kostnych samodociskowych o grubości 1,5 mm, L-27 mm, 4 otworowa pod wkręty 2,0 zamiast o grubości 1 mm, L-20 mm, 4 otworowa pod wkręty 2,0?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Dotyczy zapisów wzoru umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze : V Ca 2306/03) - w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi.

10. Dotyczy zapisów wzoru umowy: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania terminu przydatności do użytku (§4 ust.2)? Wykonawca dostarczając produkt zapewnia, że każdy wyrób na który

przepisy prawa nakładają wskazywanie daty przydatności do użycia posiada ponad 2/3 całego okresu przydatności. Każdy wyrób ma swoje specyficzne i indywidualne oznaczenie które pozwala na jego pełną identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od w/w zapisu.

11. Dotyczy zapisów wzoru umowy: czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zapisy §5 umowy nakładają na Zamawiającego obowiązek prowadzenie korespondencji z Wykonawcą w sprawach spornych.

12. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 , GRUPA XIII cement kostny z genatmicyna w opakowaniu 1 x 20 gram ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym i artroskopowym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadre
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź: Szkolenie leży w gestii Wykonawcy, jeśli Wykonawca zaproponuje przeprowadzenie szkolenia Zamawiający nie będzie utrudniał i wydeleguje pracowników do jego odbycia.

14. Czy Zamawiający w Grupie I poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera z oczkiem bez skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w Grupie II poz. 16-17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych bez kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dotyczy Grupy III: W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ otworów płytek blokowanych zawierających rozwiązania techniczne charakterystyczne dla jednego producenta zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązań konstrukcyjnych otworów blokowanych (gwintowanych) oferowanych przez innych wykonawców tj.: otwory w płycie owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 2 i 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=85-190 mm zamiast L=88-193 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=99-151 mm zamiast L=109-169 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 4 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części nasadowej 10 otworów zamiast 9 oraz o długości L=90-196 mm zamiast L=101-176 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 5-6 dopuści możliwość zaferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokarbowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy III poz. 8 oraz 19 celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

22. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 10 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości L=177-213 mm zamiast L=142-310 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

23. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 14 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 6-12 otworów zamiast 4-12 oraz o długości L=170-278 mm zamiast L=153-279 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 15 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości L=133-241 mm zamiast L=153-279 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Czy Zamawiający w Grupie V poz. 3 dopuści możliwość zaferowania śrub Herberta o długości L od 12 do 30 mm zamiast od 12 do 38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Czy Zamawiający w Grupie VII poz. 8 dopuści możliwość zaferowania płyt DHS o długościach 64-272 mm, zamiast 84-292mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający w Grupie VII poz. 10 dopuści z możliwość zaferowania śruby zespalającej o dł. gwintu 22-27 mm, zamiast 18-27mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

28. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 1 dopuści możliwość zaferowania wkrętów interferencyjnych biowchłaniających w rozmiarach: Ø 7, 8, 9 mm i długości 23-30 mm oraz Ø10 mm i długości 30-35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów interferencyjnych biowchłaniających w rozmiarach: Ø 7, 8, 9 mm i długości 23-30 mm, Ø10 mm i długości 30-35 mm oraz Ø11 mm i długości 35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów interferencyjnych tytanowych o średnicy Ø 7, 8, 9 i 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski