



Sokółka dn. 01.02.2011r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 125000 euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2011 Nr ogłoszenia – 2011/S 6-008461 z dnia 11.01.2011r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Pakiet nr XIX, pozycja 130 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 130 z zadania XIX i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

2. Pakiet nr XIX, pozycja 130 - Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania z lidokainą, jałowy w opakowaniu a'10ml w ampułko-strzykawce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr XXIX, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiązącą o czasie wiązania 5-6 minut w opakowaniu a'1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet nr XXIX, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiązącą 15cm x 3mb o czasie wiązania 5-6 minut w opakowaniu a'1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr XXIX, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty 15cm x 28cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek przezroczysty 15cm x 28cm.

6. Pakiet nr XXIX, pozycja 16-19 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 16-19 z zadania XXIX i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

7. Pakiet nr XXIX, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści przyklepic jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran o rozm. 3mmx75mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyklepic jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran o rozm. 3mm x 75mm

8. Pakiet nr XXIX, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pakiet nr XXIX, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu wewnętrznym papierowym i zewnętrznym foliowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ligninę w opakowaniu wewnętrznym papierowym i zewnętrznym foliowym.

10. Pakiet nr XXIX, pozycja 41 - Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką i tasiemką RTG bez

samoprzylepnych nalepek TAG, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Pakiet nr XXIX, pozycja 42-44 - Czy Zamawiający wydzielili pozycje 42-44 z zadania XXIX i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielili.

12. Pakiet nr XXIX, pozycja 46 - Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek o rozm. 6cm x 7cm w opakowaniu a'50szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pakiet nr XXIX, pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu a'50szt z przeliczeniem ilości.

14. Pakiet nr XXIX, pozycja 48 i 50 - Czy Zamawiający wydzielili pozycje 48 i 50 z zadania XXIX i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielili.

15. Pakiet nr XXIX, pozycja 51 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6cm x 7cm lub 10cm x 12cm z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet nr XXIX, pozycja 52 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu a'50szt z przeliczeniem ilości.

17. Pakiet nr XXXI, pozycja 1 - Czy Zamawiający wydzielili i dopuści kompresy włókninowe 4W w op. a'2szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielili.

18. Pakiet nr XXXIII, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną o powierzchni całkowitej 56cm x 84cm i pow. klejącej 56cm x 77cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pakiet nr XXXIII, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni całkowitej 55cm x 45cm i pow. klejącej 45cm x 48cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pakiet nr XXXI, pozycja 2 i 11 - Czy Zamawiający wydzielili pozycje 2 i 11 z zadania XXXIII i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielili.

21. Pakiet nr XXXIII, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni całkowitej 25cm x 14cm i pow. klejącej 21cm x 14cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet nr XXXIII, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni całkowitej 84cm x 56cm i pow. klejącej 77cm x 56cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

23. Pakiet nr XXXIII, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6cm x 7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pakiet nr XXXIII, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 10cm x 12cm bez metki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet nr XXXIII, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez metki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pakiet nr XXXIII, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 9cm x 12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Niniejszy zwracamy się z zapytaniem, czy w Grupie VII poz. 1 (Sevofluranum 250ml – 25 butelek), używane do Sevoflurane parowniki mają być ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania bez żadnych elementów łączących butelkę z parownikiem.

Odpowiedź: TAK jeśli Wykonawca zaproponuje lek o nazwie SEVORANE, NIE jeśli Wykonawca zaproponuje lek inny niż SEVORANE z zastrzeżeniem iż (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację parownika do oferowanego leku oraz dostawę w użyczenie dwóch parowników na okres trwania umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER).

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski