

Dodatek nr 5 do SIWZ - wymagane parametry techniczne sprzętu

Przedmiot zamówienia dotyczy GRUPA I: Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p.

Producent:

Model / typ:

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy - 1 szt			
1	Średnica kanału roboczego – 2,8 mm	TAK/podać	
2	Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,8 mm	TAK/podać	
3	Długość robocza sądy wziernikowej min 1030-1060 mm	TAK/podać	
4	Obrotowe przyłącze do procesora	TAK	
5	Kąt obserwacji – min 140°	TAK/podać	
6	Głębokość ostrości min 4 -100 mm	TAK/podać	
7	Przetwornik CCD HD – Kolor	TAK	
8	Kąty wygięć końcówki: min góra: 210 ⁰ ,, dół: 120 ⁰ ,, lewo: 120 ⁰ ,, pravo: 120 ⁰	TAK/podać	
9	Możliwość sterowania funkcjami wideoprocesora przy pomocy przycisku na uchwycie endoskopu	TAK	
10	Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji	TAK	
11	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK	
	Dodatkowy kanał wodny ułatwiający splukiwanie pola obserwacji	TAK	
12	Inne wymagania		
13	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 gotowe do użycia	TAK	
14	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim	TAK	
15	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym /maksymalnie 48 godz. – podać/	TAK	
16	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie pogwarancyjnym /maksymalnie 72 godz. – podać/	TAK	
17	Serwisant	Podać	
18	W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego (powyżej 3 dni) zapewnić urządzenie o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
19	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	
20	Okres gwarancji min 24 miesiące	TAK/podać	

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.
2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.....

Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Przedmiot zamówienia dotyczy GRUPA II: Wideokolonoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p.

Producent:

Model / typ:

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wideokolonoskop – 1 szt			
1	Średnica kanału roboczego – min 3,8 mm	TAK/podać	
2	Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm	TAK/podać	
3	Przetwornik CCD HD – Kolor	TAK	
4	Kąt obserwacji – min 140°	TAK/podać	
5	Głębina ostrości 3-100 mm	TAK/podać	
6	Długość robocza min 1500 mm	TAK/podać	
7	Kąty wygięć końcówki: min góra: 180° „ dół: 180° „ lewo: 160° „ prawo: 160°	TAK/podać	
8	Wyostrenie obrazu w min 3 stopniach	TAK/podać	
9	Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu (możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi) min 3	TAK/podać	
10	Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji	TAK	
11	Dodatkowy kanał wodny ułatwiający spłukiwanie pola obserwacji	TAK	
Inne wymagania			
12	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 gotowe do użycia	TAK	
13	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim	TAK	
14	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym /maksymalnie 48 godz. –podać/	TAK	
15	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie pogwarancyjnym /maksymalnie 72 godz. –podać/	TAK	
16	Serwisant	Podać	
17	W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego (powyżej 3 dni) zapewnić urządzenie o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
18	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	
19	Okres gwarancji min 24 miesiące	TAK/podać	

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.....

Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta